




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  
Palackého třída 1/3  
612 42 Brno  
IČ: 62157124

V Brně dne 23.10.2012  
Čj. C/12/697

### Dodatečné informace č.5

#### k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „Přístroje pro přípravu vzorků“ zadávanou pod zn. C/12/697

Dne 22.10.2012 byla doručena zadavateli žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Žádost o dodatečné informace se týká těchto přístrojů:

#### 1) Část č. 2 VZ - Multifunkční centrifuga

*U centrifugy je požadavek na rotor pro práci s platy (0,2 ml). Jedná se o výkyvný rotor pro 2 x 96-jamkové destičky?*

*Specifikace více odpovídá standardní PCR centrifuze 24 x 1,5 ml včetně rotoru na stripy. Jestliže se jedná opravdu o univerzální centrifugu požadujete samostatný rotor na stripy?*

#### 2) Část č. 5 VZ položka poř. č. 6 - Centrifuga (2340)

*U centrifugy je požadavek použitelné rozmezí teplot 2°C – 40°C. Jedná se o chlazenou centrifugu nebo požadujete možnost použití v teplotě prostředí od +2°C do +40°C?*

Na základě žádosti na dodatečné informace, zadavatel veřejné zakázky „Přístroje pro přípravu vzorků“ **zadávané pod zn. C/12/697** Vám oznamuje tyto dodatečné informace:

#### **1) Dokument: 1.0 6. část ZD – „Specifikace předmětu plnění“ – část č. 2 VZ**

Strana: **č. 3**

**Část VZ:** Část č. 2 veřejné zakázky - Ústav hygieny a technologie masa - Institucionální podpora výzkumu

**Položka, název přístroje: pořadové číslo 1. - Multifunkční centrifuga**

#### **Dotaz:**

*U centrifugy je požadavek na rotor pro práci s platy (0,2 ml). Jedná se o výkyvný rotor pro 2 x 96-jamkové destičky?*

*Specifikace více odpovídá standardní PCR centrifuze 24 x 1,5 ml včetně rotoru na stripy. Jestliže se jedná opravdu o univerzální centrifugu požadujete samostatný rotor na stripy?*

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel na základě dodatečného dotazu uchazeče doplňuje technickou specifikaci takto:

Ano, požadujeme dodání výkyvného rotoru pro 2x96 jamkové destičky. Ano, požadujeme rotor na stripy (8x0,2ml) – buď samostatný nebo formou stripové části standardního rotoru. Stripová část může být (ale také nemusí) součástí standardního rotoru na zkumavky různých objemů, musí však umožňovat centrifugaci stripů 8x0,2ml (bez nutnosti rozdělení stripu na dílčí kousky).



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 2) Dokument: 1.0 6. část ZD – „Specifikace předmětu plnění“ – část č. 5 VZ

Strana: č. 6

**Část VZ:** Část č. 5 veřejné zakázky - *Inovace Bc a NaMg SP v oboru Bezpečnost a kvalita potravin*, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/25.0287

**Položka, název přístroje: pořadové číslo 6. - Centrifuga (2340)**

#### **Dotaz:**


U centrifugy je požadavek použitelné rozmezí teplot  $2^{\circ}\text{C}$  –  $40^{\circ}\text{C}$ . Jedná se o chlazenou centrifugu nebo požadujete možnost použití v teplotě prostředí od  $+2^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ ?

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel na základě dodatečného dotazu uchazeče doplňuje technickou specifikaci takto:

Požadujeme možnost použití v teplotě prostředí od  $+2^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ .

### 3) Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

  
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser CSc.  
děkan FVHE VFU Brno